



---

S.C. Politiche del Farmaco, Dispositivi medici, Protesica ed integrativa

Allegati n.1

Genova, data del protocollo

Direttori Sanitari Aziende ed Enti del SSR

Direttori S.C. Farmaceutiche  
Ospedaliere e Territoriali Aziende ed Enti  
del SSR

Ordini dei Medici Regione Liguria

Ordini dei Farmacisti Regione Liguria

Ordini dei Medici Veterinari Regione Liguria

Dr Giorgio Sacco - S.U.A.R

ASSOFARM

FEDERFARMA Liguria

Distributori Intermedi DPC

p.c. NAS Regione Liguria

Loro sedi

**Oggetto: trasmissione comunicazione AIFA – DIVIETO DI UTILIZZO**

Si invia in allegato il provvedimento AIFA di DIVIETO DI UTILIZZO dei lotti del medicinale di cui alle note prot. A.Li.Sa. di seguito elencate:

**19047**

Si prega di darne massima diffusione presso le strutture ed i soggetti interessati.

Cordiali saluti

Il Direttore  
(Dott.ssa Barbara Rebesco)  


C.C. D.S.



## Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico

A : SIFO

Servizi Farmaceutici Regionali

*Gentili Operatori Sanitari,*

*facendo seguito al comunicato emesso dallo scrivente in data 13 giugno u.s. prot. n.76586, con la presente Nota si vuole portare alla vostra attenzione quanto comunicato dall'Ospedale Santi Paolo e Carlo di Milano, a seguito di analisi effettuato dallo stesso ospedale su UROCHINASI 100.000 UI importato dalla ditta Maya Byotech lotto n. NDY151A scad. 02/2025: il sopracitato lotto è risultato positivo a Ralstonia Pickettii, confermata anche da specifiche analisi di tipizzazione dei ceppi effettuate dal Dipartimento di Microbiologia dell'Istituto Superiore di Sanità.*

*Si precisa che allo scrivente, allo stato attuale, non sono pervenute segnalazioni relative a questo lotto.*

*A scopo precauzionale, si vuole quindi richiamare l'attenzione per il lotto sopra riportato chiedendo di non utilizzare eventuali giacenze presenti presso le strutture richiedenti.*

*Come noto lo scrivente Ufficio rilascia nulla osta all'importazione di medicinali carenti in Italia, tra i quali anche Urochinasi, prodotto la cui carenza è terminata lo scorso 15 maggio, resosi disponibile analogo prodotto della ditta EG.*

Cordiali saluti

Mod.111/04 Fac-simile ritiro lotto	Rev. 01	Data: 04/12/20	Pag. 1 di 1
------------------------------------	---------	----------------	-------------